

Dane Wykonawcy

## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ WRAZ Z KALKULACJĄ CENY

## Zadanie nr 3 - dostawa zabudowy technologicznej dla stanowisk badawczych (zwana także -zabudową technologiczną)

Lp.	Opis przedmiotu zamówienia - wymagania Zamawiającego		Opis przedmiotu zamówienia oferowanego przez Wykonawcę	Cena oferowana przez Wykonawcę					
	Produkt	Opis	Producent ..... Tym/Model ..... Opis	j.miary	ilość	cena jednostkowa netto	Razem netto	VAT	Brutto
1	Stół laboratoryjny antywibracyjny pod 4 mikroskopy	Stół ma być wykonany pod indywidualne zamówienie do rysunku stanowiącego wyciąg z dokumentacji projektowej (budowlanej). Ma być usytuowany narożnie w pomieszczeniu 1.6.		szt.	1		-		
		Konstrukcja stołu: stalowa rama A o podwyższonej stabilności, wyposażona w zestaw elastometrów izolujących blaty od drgań zewnętrznych wibroizolatorach							
		Blat roboczy stołu: laminat opodwyższonej odporności mechanicznej z rdzeniem z żywicy fenolowej oraz przerwami dylatacyjnymi pomiędzy płytami obsługującymi poszczególne urządzenia							
2	Stanowisko przyściennie do mycia technologicznego oraz zastosowań higienicznych wymiary: L2250xS750xH900	Stanowisko do mycia technologicznego - <u>pod indywidualne zamówienie po dokonaniu wizji lokalnej</u> . Ma być usytuowane w pomieszczeniu 1.5.		szt	1		-		
		Konstrukcja nośna stanowiska: stalowa, powlekanej powłokami proszkowymi.							
		Blat roboczy stanowiska: laminat o podwyższonej odporności mechanicznej z rdzeniem z żywicy fenolowej + wycięcie pod zastany zlew (zlew będzie dostarczony przez Zamawiającego),							
		Stanowisko powinno być wyposażone w 3 szafki, wykonane z laminatu PE na rdzeniu z płyty meblowej oraz obrzeżem wykończonym PVC,							

		Opis zestawu szafek (od prawej strony stanowiska): 1x L700 mm zlewowa, 1xL750 pełna, 1x L600 płytka (głębokość brutto dostosowana do blatu o głębokości 500mm)							
	<b>Razem</b>						-		
<b>3</b>	<b>Wymagania związane z przygotowaniem oferty</b>								
	W celu należytego przygotowania oferty i rysunków technicznych oferowanych produktów wymagana jest wizja lokalna u Zamawiającego.								
	Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest przedłożyć rysunki techniczne stołu pod mikroskopy i stanowiska do mycia technologicznego z ich opisem i wymiarami oraz wizualizację przyjętych rozwiązań.								
	Stanowiska powinny być wykonane zgodnie z normą:PN/EN 14056:2005								
	<b>UWAGA: podane wymiary mają charakter orientacyjny i muszą być zweryfikowane przez Wykonawcę i dostosowane do miejsc lokalizacji stanowisk we wskazanych pomieszczeniach.</b>								
<b>4</b>	<b>W zakres zamówienia wchodzi również :</b>								
a)	Udzielenie gwarancji i rękojmi na dostarczoną zabudowę technologiczną na okres 24 miesięcy. Zakres udzielanej przez Wykonawcę gwarancji i rękojmi został określony w projekcie umowy.								
b)	Dostawa, wniesienie, montaż wszystkich elementów stanowiących przedmiot dostawy, ustawienie i wypoziomowanie przedmiotu zamówienia w pomieszczeniach wskazanych w OPZ.								
c)	Podłączenie stanowiska do mycia technologicznego i jego elementów do mediów oraz sprawdzenie poprawności działania.								
d)	Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu sporządzonej w języku polskim dokumentacji związanej realizacją przedmiotu zamówienia: instrukcje obsługi, gwarancje producenta, certyfikaty potwierdzające spełnianie norm wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), inne dokumenty wymienione w OPZ dla określonego zadania.								
<b>5.</b>	<b>Informacje dodatkowe związane z realizacją dostawy</b>								
a)	Dostawa Przedmiotu zamówienia będzie stanowiła wyposażenie pomieszczeń budynku, w którym trwają prace remontowe w ramach zadania: "Adaptacja piętra budynku pomocniczego na pomieszczenia laboratoryjno-biurowe Instytutu Przemysłu Organicznego Oddział w Pszczynie"								
b)	Meble będą stanowiły wyposażenie pomieszczenia socjalnego na poziomie +1.								
c)	Budynek nie posiada windy, komunikacja między poziomem 0 i poziomem +1 odbywa się schodami.								
<b>6.</b>	Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30 dni od planowanej daty udostępnienia przez Zamawiającego wyremontowanych pomieszczeń w celu wyposażenia ich w meble. Planowany termin udostępnienia wyremontowanych pomieszczeń 13.01.2025r. Z uwagi na trwające prace budowlane w pomieszczeniach budynku, do którego realizowana będzie dostawa mebli, termin rozpoczęcia dostawy może ulec przesunięciu najpóźniej do dnia 03.02.2025r. O zmianie terminu Zamawiający powiadomi Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym.								

**Oświadczenie Wykonawcy:** W cenie brutto podanej przez Wykonawcę zawarte są wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wymienione w pkt 1,2, 3,4 OPZ Wykonawcy uwzględniające warunki jego realizacji określone w OPZ.

Miejscowość, data .....

\_\_\_\_\_  
Podpis Wykonawcy

Wykonawca składa ofertę w jednej z poniższych form:

- a) w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego ze wszystkimi załącznikami (zalecany format .pdf) lub

PAT.232.3.15.2024

Załącznik 2C - OPZ wraz z kalkulacją ceny Wykonawca Zadanie Nr 3 Dostawa zabudowy technologicznej dla stanowisk badawczych

- b) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym.