

.....
 Nazwa i adres Wykonawcy/wykonawców
 występujących wspólnie

Znak sprawy PAT.232.1.2.2026

„Dostawa urządzeń laboratoryjnych do Łukasiewicz – IPO Oddz. w Pszczynie”

Zadanie Nr 2: Dostawa łaźni wodnej z cyrkulacją mechaniczną

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, precyzyjny, optyczny z wyjątkiem szklanego

38439000 4 - Urządzenia laboratoryjne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) oferowany przez Wykonawcę wraz z kalkulacją ceny

Oświadczenie Wykonawcy:

Składając ofertę oświadczamy, że oferujemy dostawę urządzenia wskazanego poniżej:

	Opis Przedmiotu Zamówienia - wymagania Zamawiającego	Jm/iłość	Przedmiot Zamówienia oferowany przez Wykonawcę Producent/model/ dane techniczne/dane prawne	Cena jednostkowa netto	ilość	Razem netto	Stawka podatku VAT
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
I.	Łaźnia wodna z cyrkulacją mechaniczną	Szt.1	Fabrycznie nowy, nieużywany				

			Producent..... Model				
PEG	Dane techniczne urządzenia		Opis Przedmiotu Zamówienia oferowanego przez Wykonawcę (uzupełnić wszystkie rubryki wskazując opis oferowanego urządzenia)				
1.	Łaźnia wodna z cyrkulacją mechaniczną						
2.	Wymiary komory wanny (dł x szer x wys) 800x300x200 [mm] (± 20 mm)						
3.	Wymiary zewnętrzne wanny max.:(dł x szer) 115 x 55 [cm]						
4.	Pojemność min. 50 l						
5.	Maksymalne zanurzenie min. 150 mm						
6.	Elektroniczny regulator temperatury						
7.	Elektroniczny system kontroli poziomu wody						
8.	Zakres regulacji temperatury min. 20 °C lub mniej do 100 °C						
9.	Rozdzielczość regulatora temperatury co 0,1 °C						
10.	Zasilanie 230V						
11.	Moc 2000 (W)						

2.	a) do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej,
	b) dokonać wymiany wadliwego urządzenia na wolne od wad po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych,
	c) przeprowadzać serwis i konserwacje urządzenia- zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR,
	d) udzielać nieodpłatnych porad (wsparcia aplikacyjno-serwisowego) dotyczącego zasad i funkcjonalności urządzeń.
	e) dokonać bezpłatnego przeglądu urządzenia na koniec okresu gwarancji zgodnie z procedurą DPL (Dobre Praktyki Laboratoryjne)
3.	Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) urządzenia w języku polskim (w tym instrukcji obsługi, serwisowania w języku polskim oraz Deklaracji zgodności CE.
IV.	Termin dostawy – do 6 tygodni od daty zawarcia umowy

.....

Miejscowość, data

.....

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA:

1. Dokument stanowi treść oferty i nie będzie mógł być zmieniony lub uzupełniony.

2. Dokument powinien być złożony w jednej z poniższych form:

a) w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego ze wszystkimi załącznikami (zalecany format .pdf) lub

b) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym