

.....  
 Nazwa i adres Wykonawcy/wykonawców  
 występujących wspólnie

**Znak sprawy PAT.232.1.2.2026**

**„Dostawa urządzeń laboratoryjnych do Łukasiewicz – IPO Oddz. w Pszczynie”**

**Zadanie Nr 3: Dostawa wytrząsarek laboratoryjnych orbitalnych do szaf termostatycznych - 2szt.**

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

38000000-5 - Sprzęt laboratoryjny, precyzyjny, optyczny z wyjątkiem szklanego

38439000 4 - Urządzenia laboratoryjne

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) oferowany przez Wykonawcę wraz z kalkulacją ceny**

**Oświadczenie Wykonawcy:**

Składając ofertę oświadczamy, że oferujemy dostawę urządzenia wskazanego poniżej:

	Opis Przedmiotu Zamówienia - wymagania Zamawiającego	Jm/ilość	Przedmiot Zamówienia oferowany przez Wykonawcę Producent/model/ dane techniczne/dane prawne	Cena jednostko wa netto	ilość	Razem netto	Stawka podatku VAT
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
I.	<b>Wytrząsarka platformowa orbitalna</b>	Szt.2	Fabrycznie nowy, nieużywany				

			Producent.....  Model .....				
PEW	<b>Dane techniczne urządzenia</b>		Opis Przedmiotu Zamówienia oferowanego przez Wykonawcę (uzupełnić wszystkie rubryki wskazując opis oferowanego urządzenia)				
1.	orbitalna wytrząsarka laboratoryjna						
2.	mikroprocesorowy sterownik obrotów i czasu pracy,						
3.	zakres regulacji obrotów: min. 30 obr/min lub mniej do min. 300 obr/min lub więcej,						
4.	zakres ustawienia czasu pracy min. 1 min do max 99 h lub praca ciągła						
5.	wyświetlacz cyfrowy (LCD) prędkości i czasu						
6.	wymiary bez wyposażenia (szer. x gł. x wys.): 700 x 420 x 120 [mm] (± 2 cm						
7.	możliwość umieszczenia wytrząsarki w inkubatorze posiadanym przez Zamawiającego ILW 400 TOP + (wymiary wewnętrzne półki szer. 80 cm, gł. 50 cm),						



2.	W ramach gwarancji i rękojmi - w okresie jej trwania, Wykonawca zobowiązany jest:
	a) do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej,
	b) dokonać wymiany wadliwego urządzenia na wolne od wad po dwóch bezskutecznych naprawach gwarancyjnych,
	c) przeprowadzać serwis i konserwacje urządzenia- zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w DTR,
	d) udzielać nieodpłatnych porad (wsparcia aplikacyjno-serwisowego) dotyczącego zasad i funkcjonalności urządzeń.
	e) dokonać bezpłatnego przeglądu urządzenia na koniec okresu gwarancji zgodnie z procedurą DPL (Dobre Praktyki Laboratoryjne)
3.	Dostarczenie i przekazanie Zamawiającemu Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) urządzenia w języku polskim (w tym instrukcji obsługi, serwisowania w języku polskim oraz Deklaracji zgodności CE.
IV.	<b>Termin dostawy – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy</b>

.....

Miejscowość, data

.....

podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

#### **UWAGA:**

1. Dokument stanowi treść oferty i nie będzie mógł być zmieniony lub uzupełniony.

2. Dokument powinien być złożony w jednej z poniższych form:

a) w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego ze wszystkimi załącznikami (zalecany format .pdf) lub

b) formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub osobistym podpisem elektronicznym