

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
tel. +48 22 88 41 200, fax +48 22 811 07 99;
strona internetowa: www.ipo.lukasiewicz.gov.pl

WYJAŚNIENIA Nr 2
treści Zapytania Ofertowego

Nr sprawy: PAT.232.1.2.2026

„Dostawa urządzeń laboratoryjnych do Łukasiewicz – IPO Oddz. w Pszczynie” obejmującego trzy zadania:

Zadanie Nr 1: „Dostawa homogenizatora kulkowego z pojemnikami”

Zadanie Nr 2: „Dostawa łaźni wodnej z cyrkulacją”

Zadanie Nr 3: „Dostawa wytrząsarek laboratoryjnych orbitalnych do szaf termostatycznych – 2 szt.”

W dniu 17.04.2026 r. wpłynęło zapytanie:

1. *Czy Zamawiający może doprecyzować, czy wymaganie określone w punkcie 6 OPZ (Ilość pojemników/stanowisk w rotorze w jednym procesie (min. 5) dotyczy pojemników o pojemności 15 ml?*

Jeżeli tak, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie polegające na zaoferowaniu urządzenia wyposażonego w rotor umożliwiający jednoczesną pracę z 12 pozycjami dla pojemników 7 ml lub 3 pozycjami dla pojemników 15 ml?

2. *Czy zamawiający dopuści zaoferowanie urządzenia wyposażonego w 6 stanowisk na pojemniki o pojemności 30 ml? Rozwiązanie takie umożliwi homogenizację próbek w liczbie zgodnej z OPZ, a jednocześnie pozwala na rozszerzenie funkcjonalności urządzenia do pracy z większymi objętościami.*

Stanowisko zamawiającego:

Zamawiający nie zmieni treści Opisu Przedmiotu Zamówienia dla Zadania 1.

Zgodnie z zapisami Zapytania ofertowego ust. 1, Zadanie nr. 1, cz. I :

Pkt. 4.

„zakres wielkości pojemników od 2 do 15 mL, min. dwie wielkości pojemników”

oraz pkt. 8

„Ilość pojemników/stanowisk w rotorze w jednym procesie (min. 5)”

Oznacza to, że przy maksymalnej wielkości pojemników (15 ml) powinno zmieścić się min. 5 pojemników w jednym procesie.

ZAMAWIAJĄCY