

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
tel. +48 22 88 41 200, fax +48 22 811 07 99;
strona internetowa: www.ipo.lukasiewicz.gov.pl

Wyjaśnienia nr 1
treści Zapytania Ofertowego

Nr sprawy: PAT.232.2.9.2026

„Dostawa komory klimatycznej (1 szt.) z wytrząsarkami (2 szt.) oraz miernika wielofunkcyjnego (1 szt.) do Łukasiewicz - IPO Oddz. w Pszczynie.”

W dniu 16.09.2026 r. wpłynęło zapytanie:

Pytanie nr 1 - dotyczy Komory klimatycznej

Czy dopuszcza się zakres temperatury od +3 do +60C (użycie paneli obniża zakres temperatury standardowych urządzeń)

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający nie zmieni treści zapytania ofertowego dla OPZ Komory klimatycznej cz. I pkt 3:

„zakres temperatury od +3°C lub mniej do +70°C lub więcej”

Pytanie nr 2 - dotyczy Komory klimatycznej

Czy wymagane są dwa panele nadpółkowe?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający wymaga min. 2 paneli nadpółkowych.

ZAMAWIAJĄCY