

SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO
ul. Annopol 6, 03-236 Warszawa
tel. +48 22 88 41 200, fax +48 22 811 07 99;
strona internetowa: www.ipo.lukasiewicz.gov.pl

Wyjaśnienia nr 2
treści Zapytania Ofertowego

Nr sprawy: PAT.232.2.9.2026

„Dostawa komory klimatycznej (1 szt.) z wytrząsarkami (2 szt.) oraz miernika wielofunkcyjnego (1 szt.) do Łukasiewicz - IPO Oddz. w Pszczynie.”

W dniu 17.09.2026 r. wpłynęło zapytanie:

Pytanie nr 1 – dotyczy komory klimatycznej:

Zamawiający wymaga zakresu temperatur od +3°C lub mniej do +70°C lub więcej, a jednocześnie wyposażenia komory w panele świetlne w wersji fitotronowej LED.

Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga osiągnięcia zakresu temperatur do +70°C również podczas pracy urządzenia z włączonym systemem oświetlenia fitotronowego?

Czy Zamawiający dopuszcza osiągnięcie +70°C przy wyłączonym oświetleniu?

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie, które podczas pracy z włączonym systemem oświetlenia fitotronowego będzie pracowało w zakresie od +3 °C do +60 °C?

Stanowisko Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza urządzenie z zakresem temperatury do +60 °C lub więcej przy zastosowaniu oświetlenia fitotronowego.

ZAMAWIAJĄCY